



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 03609.384.3.140423
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 04553.384.3.160822

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Permohonan dengan No. Registrasi BAPETEN **107970.23**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2004220021039
Alamat Kantor : Jl. Dr. A. Rivai Kota Bukittinggi 26114 Sumatera Barat Telp. (0752) 21322 Fax. (0752) 21321
Nama dan Lokasi Usaha : RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Jl. Dr. A. Rivai ; Kota Bukittinggi ; Sumatera Barat 26114; Telp.(0752) 21322; Fax.(0752) 21321
Rincian Lampiran : Sesuai Lampiran I (Daftar Sumber Radiasi Pengion), Lampiran II (Data Petugas, Peralatan Penunjang dan/atau Alat Ukur Radiasi), dan Lampiran III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data Sumber Radiasi Pengion yang tersebut pada Lampiran I diubah sebagaimana terlampir.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **26 April 2027**


Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **14 April 2023**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Ishak
NIP. 197009102000121002





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 03609.384.3.140423

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.03609.005

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0025078
Registrasi Sumber : 16.1.0025078
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Gigi (Ekstraoral 2D - Panoramic dan chepalometric)
Merk Unit : Villa Sistemi Medicali
Tipe Unit : OPX/105
No Seri Unit : 621232
Merk Tabung : Villa Sistemi Medicali
Tipe Tabung : OPX/105
No Seri Tabung : 621232
Kondisi Maksimum : 86 kV / 12 mA
Lokasi Pemanfaatan : INSTALASI RADIOLOGI, RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI,
JL. DR. A RIVAI NO 1 KOTA BUKITTINGGI SUMATERA BARAT 26114,
TELP.(0752)-21322, FAX.(0752)-21321





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 03609.384.3.140423

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.03609.005

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0061563
Registrasi Sumber : 16.1.0061562
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Intervensional
Jenis : Pesawat Sinar-X Fluoroskopi (C-arm Penunjang Bedah)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Brivo OEC 785
No Seri Unit : 5085004
Merk Tabung : Lohmann
Tipe Tabung : 110/3 DF
No Seri Tabung : 131326HL1
Kondisi Maksimum : 110 kV / 20 mA
Lokasi Pemanfaatan : Kamar 7 Instalasi Bedah sentral OK





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 03609.384.3.140423

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.03609.005

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0084803
Registrasi Sumber : 19.1.0084803
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Intervensional
Jenis : Pesawat Sinar-X Fluoroskopi (C-arm Angiografi)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Optima IGS 320
No Seri Unit : 205628WG1
Merk Tabung : GE
Tipe Tabung : 2216450
No Seri Tabung : 213733G19
Kondisi Maksimum : 125 kV / 500 mA
Lokasi Pemanfaatan : INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF DAN INTERVENSI NON BEDAH





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 03609.384.3.140423

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.03609.005

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0085666
Registrasi Sumber : 19.1.0085666
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Mamografi (DBT / Digital Breast Tomosynthesis)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Tomosynthesis Senoclaire
No Seri Unit : 729735BU1
Merk Tabung : GE
Tipe Tabung : Appolon (5145113)
No Seri Tabung : 154383TX4
Kondisi Maksimum : 49 kV / 500 mA
Lokasi Pemanfaatan : Kamar 5 Instalasi Radiologi





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 03609.384.3.140423

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.03609.005

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0089110
Registrasi Sumber : 19.1.0089110
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Mobile)
Merk Unit : Philips
Tipe Unit : MobileDiagnost wDR
No Seri Unit : 18200284
Merk Tabung : Toshiba
Tipe Tabung : E7886
No Seri Tabung : 8F0144
Kondisi Maksimum : 125 kV / 320 mA
Lokasi Pemanfaatan : Radiologi IGD





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 03609.384.3.140423

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.03609.005

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0131193
Registrasi Sumber : 22.1.0131193
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X CT-Scan (CT-Scan Konvensional)
Merk Unit : GE
Tipe Unit : Revolution Evo
No Seri Unit : RE36A2200104YC
Merk Tabung : GE
Tipe Tabung : MX200CT III Tube / 5401074
No Seri Tabung : 114279BA3
Kondisi Maksimum : 140 kV / 515 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang CT Scan IGD Terpadu





LAMPIRAN II
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 03609.384.3.140423

DATA TEKNIS
NOMOR 23.2.03609.005

Data Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

No	NPR	Nama	Klasifikasi
1	024608	Muslimatul Husna	PPR Medik Tk. 2
2	016220	Riganta, ST, MPH	PPR Medik Tk. 2
3	418546	Afandi	PPR Medik Tk. 2

Data Petugas Lainnya yang Menangani Sumber Radiasi Pengion

No	NPR	Nama Pekerja	Keahlian/Klasifikasi
1	005378	dr. Yanuel Aziz, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
2	418324	dr. Ifni Nursam, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
3	435805	dr. Edwam Akbar, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
4	430454	dr. Trian Faesa, Sp.Jp	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
5	416128	Fafi Rahmah, M.Si.	Fisikawan Medik
6	405428	Vinna Maharani, S.Si	Fisikawan Medik
7	024612	Roni Selma Fesla	Radiografer
8	013715	Ali Mazra	Radiografer
9	406303	Hafiz Anggara	Radiografer
10	024607	Afdal N	Radiografer
11	406306	Teti Suarni	Radiografer
12	036159	Erlina Bakti	Radiografer
13	421162	Yolan Rahma Gesti	Radiografer
14	024608	Muslimatul Husna	Radiografer
15	418546	Afandi	Radiografer
16	024609	Hendra Rusli	Radiografer
17	424042	Dilla Rahmadessy	Radiografer
18	024610	Amy Rakhmawati	Radiografer
19	403466	Restu Fernando Putra	Radiografer
20	025257	Katrin Afriadi	Radiografer






BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

No	NPR	Nama Pekerja	Keahlian/Klasifikasi
21	430455	Ns.Lili Suryani	Perawat
22	430456	Rika Susanti	Perawat
23	430457	Wido Riwanto	Perawat
24	430458	M. Agusmanri Gunawan	Perawat

Data Alat Ukur Radiasi

No	Jenis Alat	Merk	Tipe	No Seri
1	Dosimeter Aktif (Baca Langsung)	Aloka	PDM 222	GR002164
2	Dosimeter Aktif (Baca Langsung)	Aloka	PDM 222	GR002165





LAMPIRAN III
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 03609.384.3.140423

KETENTUAN DAN KONDISI

1. Sumber Radiasi Pengion yang diizinkan untuk dimanfaatkan hanya yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
2. Sumber Radiasi Pengion hanya diizinkan untuk dimanfaatkan pada lokasi dan lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
3. Petugas yang diperbolehkan mengoperasikan Sumber Radiasi Pengion adalah yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion wajib menerapkan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
5. Perubahan Rekomendasi atau Izin wajib dilakukan jika terdapat perubahan lokasi, desain, petugas atau sumber radiasi pengion termasuk penambahan atau pengurangan sumber radiasi pengion.
6. Setiap perubahan rekomendasi atau izin dilakukan melalui penerbitan KTUN yang berisi substansi perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekomendasi atau izin ini.

